

测试报告

Test Report

报告编号: 测试字第 202210000087 号
Report No.防伪码
d6649db51e3c7776
c07f89a6f7f8ceaa
bde8c13eed0c214
96c3b53b8b3ef093

客户名称 四川久远智能消防设备有限责任公司
Client Name

联络信息 四川省
Contact Information

样品名称 消防应急疏散余压探测器
Sample Name

型号 / 规格 JF-F103
Model

样品编号 220901C001989
Sample No.

标称生产单位 四川久远智能消防设备有限责任公司
Manufacturer



扫码验真

1003368967

批准人
Approved by

尹保华

签发日期
Issue Date2022 年 10 月 09 日
Year Month Day

地址: 中国·四川·成都玉双路 10 号
Address: No.10, Yushuang Road, Chengdu, Sichuan, China
邮编: 610021
Post Code
网址: www.nimtt.cn
Web

电话: 028-84404337
Telephone
传真: 028-84404149
Fax
邮箱: kfzx@nimtt.com
E-mail

声 明

1. 本单位仅对加印“中国测试技术研究院测试专用章”的完整证书负责。
2. 报告无主检人、审核人、批准人完整签字无效。
3. 报告涂改无效。
4. 对送样的委托测试报告，测试结果仅对来样负责。
5. 如样品由委托方提供，委托方对样品相关信息的真实性负责。
6. 客户若对本报告有异议，应在收到报告五个工作日内向我单位提出书面意见。
7. 测试项目未使用授权资质，测试结果仅提供客户参考。

接收日期 Receive Date	2022 年 10 月 09 日	测试日期 Test Date	2022 年 10 月 09 日		
本次测试所依据的技术文件 Reference Documents for the Test					
本次测试所使用的主要仪器设备 Main Measurement Instruments Used in the Test					
名称 Name	编号 No.	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级或 最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	溯源证书编号 Traceability Certificate No.	有效期至 Due Date
数字压力控制 器 /	41000NM5 /	(-10~ 10)kPa(-1.25~ 1.25)kPa(-2.5~ 2.5)kPa(-5~ /	0.01级 /	检定 202203005829 /	2023-03-23 /
测试地点及环境条件 Location and Environment Conditions					
地 点: Location 四川省成都市成华区玉双路 10 号中国测试技术研究院第二实验楼 108 室					
环境温度: Temperature 20.5℃		湿度: Humidity 58%RH		其它: Others /	

测 试 结 果

Results of Test

- 1、测试范围：(0~110)Pa
- 2、工作介质：空气
- 3、测试数据：

标准压力值 (Pa)	正行程显示值 (Pa)	反行程显示值 (Pa)
0	0	-2
30	31	28
50	51	49
70	70	69
90	90	89
110	109	109

注：测试前以大气压 963.30hPa 处设置零点。

备注 Note	
------------	--

核 验 员
Checked by

测 试 员
Tested by